Znak sprawy: PN-11-2008

Odpowiedzi na pytania oferenta:

1. Czy zamawiający dopuszcza dostęp do portów USB i TCP/IP poprzez stację roboczą? **TAK.**

2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie obiektywu półplanapochromatycznego zanurzeniowego o powiększeniu 60x zamiast 63x? **TAK**.

3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie lasera diodowego LD635 emitującego linię 635 nm o mocy 20mW zamiast lasera HeNe 633nm o mocy 5mW? **NIE**.

4. Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie 3 automatycznych 6-cio pozycyjnych kół filtrów emisyjnych zamiast dwóch 8-mio pozycyjnych, umożliwiając tym samym detekcję w 3 kanałach konfokalnych do fluorescencji? **TAK**.

5. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zoomu skokowego optycznego w zakresie od 1 x do 50 x oraz płynnego o dowolnej regulacji powiększenia zamiast zoomu od 0,5x do 30x? **NIE**.

6. Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie okularów o powiększeniu 10x i polu widzenia 22 mm zamiast 23 mm, skoro w mikroskopii konfokalnej maksymalne pole widzenia to 18 mm? **TAK**.

7. Uprzejmie prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na finansowanie zakupu mikroskopu konfokalnego w ramach postępowania nr PN-11-2008? – **Zgodnie z art. 86 ust 3 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**