

Specyfikacja techniczno-punktowa

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę precyzyjnej maszyny wytrzymałościowej z bio-komorą fizjologiczną**

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z:

- opisem przedmiotu zamówienia
- poniższą specyfikacją techniczną.

Maszyna wykorzystywana będzie do analiz wytrzymałościowych oraz zmęczeniowych w biologicznych płynach ustrojowych powłok tribologicznych. Przy technicznej ocenie przedstawionych ofert uwzględnione zostaną dodatkowe wymagania wymienione w kolumnie (2). Punktowa ocena dodatkowych wymagań podana jest w kolumnie (3).

Lp.	Wymagania dodatkowe uwzględniane przy technicznej ocenie oferty	Punktacja za wymagania dodatkowe
1	(2)	(3)
1	Stół stalowy z regulacją poziomowania	15
2	Obudowa obszaru badawczego chroniąca przed możliwym odszczepieniem części próbek, a także przed dostępem pracowników podczas pracy maszyny	15
3	Uniwersalne uchwyty do testów na rozciąganie 1 litrowej komorze biologicznej w zakresie sił do 2kN	20
4	wspomagający zaczep do próbek w orientacji poziomej	10
5	Metryczna podziałka do pozycjonowania wałka	10
6	Możliwość przeprowadzenia testów w płynach na bazie białka	15
7	Możliwość opcjonalnego montażu cyfrowej kontroli temperatury	15

- **UWAGA:** należy podkreślić lub wymienić – w zależności od pozycji – jakie wymagania dodatkowe spełnia złożona oferta.
- **Ocena zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia**