

IMIM/DOP/ 2519 /18

Kraków, dnia 28.11.2018 r.

znak sprawy: ZO/25/2018

**WYKONAWCY,
którzy pobrali ZO**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE ZO

W dniu 23.11.2018 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest **dostawa zestawu próżniowego**.

Treść pytania i odpowiedzi brzmi następująco:

Doprecyzowanie wcześniejszej odpowiedzi:

2. Zawory mają być ręczne, pneumatyczne czy elektryczne?

Wymagane jest sterowanie automatyczne. Dopuszczamy zawory elektryczne lub pneumatyczne.