



IMIM/DOP/1686/10
Znak sprawy: PN-21-2010

Kraków, dnia 26 lipca 2010 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25, zgodnie z art. 92 ust.1 oraz ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23 czerwca 2010 r. z numerem: **179510-2010** na: dostawę i instalację do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ścieniacza jonowego wraz z wyposażeniem: argonowy ścieniacza jonowego dużej wydajności wraz z wyposażeniem do przygotowywania cienkich folii po polerowaniu mechanicznym

Złożono ofert: **2**

Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: **1**

Cena (brutto)oferty najtańszej: **279 999,76 PLN**

Cena (brutto)oferty najdroższej: **279 999,76 PLN**

Zamawiający wybrał ofertę

LABSOFT Krzysztof Herman

ul. Bażancia 45A

02-892 Warszawa

Fax + 48 22 853 27 93

za cenę **279 999,76 PLN**

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Nr tematu	Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)	Liczba punktów w kryterium			RAZEM
		Cena (koszt)	Wymagania dodatkowe	Gwarancja	
1	LABSOFT Krzysztof Herman ul. Bażancia 45A 02-892 Warszawa Fax + 48 22 853 27 93	50	45	0	95

Zamawiający wykluczył wskazanego poniżej wykonawcę:



**PROJEKT NR: POIG.02.02.00-00-012/08 „Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum
Innowacyjnych Technologii i Materiałów”**

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ – DOTACJE NA INNOWACJE

Nr tematu	Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)	Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy
1	Manfred Baumann MBSS Science Service Banska Hondrusa 485, SK 96663 Hondrusa-Hamre, Slovakia	Art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie zagwarantował, że w ramach oferowanego przedmiotu zamówienia dostarczy kolorową kamerę CCD do obserwacji, preparatu w trakcie trawienia oraz po trawieniu. Powiększenie z zakresu co najmniej od 10x do 60x – patrz punkt 3.1.10. SIWZ

Jednocześnie zawiadamiamy, że wobec czynności odrzucenia oferty przysługuje odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, w formie określonej w ust. 180 ustawy PZP.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Umowa w prowadzonym postępowaniu zostanie zawarta po 31 lipca 2010 r.

Zwracam się również o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.